



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

č. j.: 353301697/2020

Žadatel: **LP MAN s.r.o.**

Adresa: **K Zornici 1654/18
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika**

Výrobek: **Ochranný oděv a oděvní součásti
Typ: MEDIMAN 2020**

Posouzení
provedla: **Ing. Elena Tomanová**

Datum vydání: **2020-06-23**



Ing. Pavel Vaněk
ředitel divize certifikace

2.4 Výsledky zkoušek

Výsledky a podmínky zkoušek vybraných testovaných vlastností jsou popsány v následujícím dokumentu:

- Protokol o zkouškách č. AZL 20/ 0675 vydaný v Textilním zkušebním ústavu, s.p., Brno, Česká republika dne 2020-06-19.

Tabulka I: Výsledky zkoušek a posouzení výrobku:
Ochranný oděv a oděvní součásti, typ: MEDIMAN 2020

Parametr	Jednotka	Výsledek měření a hodnocení	Požadavek
Odolnost proti bakteriální penetraci za sucha	-	vyhovuje	EN 14126, čl. 4.1.4.4, tabulka 4 min. třída 1
Průměr CFU		0	
Log CFU		0	
Klasifikace		Třída 3	
Odolnost proti bakteriální penetraci za mokra	-	vyhovuje	EN 14126, čl. 4.1.4.2, tabulka 2 min. třída 1
I_B průměr		5,1	
Klasifikace		Třída 5	

*) I_B průměr 5,1 odpovídá průnikové době $t = 60$ minut

3. Závěr

Testované vzorky **Ochranného oděvu a oděvních součástí, typ: MEDIMAN 2020** splňují požadavky specifikované v následujícím dokumentu, a to z hlediska výše uvedených testovaných parametrů:

EN 14126:2003 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

4. Seznam podkladů

- Protokol o zkouškách č. AZL 20/ 0675 vydaný v Textilním zkušebním ústavu, s.p., Brno, Česká republika dne 2020-06-19